

# 单一来源专家论证意见表

时间：2020 年 7 月 3 日

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   | 阜南县柴集镇中心卫生院 ct 维保服务项目                                                                                                                                                                                                                                          |
| 使用单位   | 阜南县柴集镇中心卫生院                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目内容   | ct 维保服务                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目金额   | 预算 21 万元                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 专家论证意见 | <p>东软双排 Neuviz Twin 型 CT 维保单一来源理由：</p> <p>① 维修该设备要求原厂配件，其它厂家配件不能完全满足 CT 机器的正常运行</p> <p>② 维修要求原厂培训的工程师，才能更好地完成机器维修。</p> <p>建议采用单一来源采购。</p> <p>专家名称：梁建超 工作单位：合肥工业大学 职务/职称：副教授</p> <p>专家名称：李国辉 工作单位：安徽省地质院 职务/职称：高级工程师</p> <p>专家名称：郑慧 工作单位：安徽大学一附院 职务/职称：主任医师</p> |